

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Květná 8, 603 65 Brno

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540 fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz

Všem zájemcům o veřejnou
zakázku

V Brně 7.5.2019

„8888-19-01 Dodávka hlubokomrazícího boxu“

sdělujeme všem dodavatelům:

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel mění technickou specifikaci předmětu zakázky takto:

Technická specifikace

Skříňový mrazící box s provozní teplotou až -86°C i při okolní teplotě $+30^{\circ}\text{C}$

- Vnitřní objem 500 až 550 litrů
- ~~Duální chladicí systém (2 nezávislé chladicí okruhy, při poruše jednoho udrží druhý teplotu -70°C v celém objemu boxu)~~ - výmaz požadavku
- Nastavitelná rozteč a počet polic
- Nízká spotřeba – do max. 8 kWh/24h
- Dvoje vnitřní dvířka
- Kapacita standardních 2“ krabiček v držácích min 380 ks
- Aspoň jeden vnější rozměr menší než 80 cm
- Ovládání pomocí dotykového displeje s pamětí USB port pro přenos dat
- Alarm při výpadku proudu, překročení nastavené teploty oběma směry, při otevřených dveřích
- Vakuový ventil pro možnost otevření boxu ihned po zavření

- ~~Bezfiltrový bezúdržbový systém~~ - výmaz požadavku
- Izolace - vakuově zahuštěný polyuretan
- Databázový software pro identifikaci, ukládání a vyhledávání uložených vzorků s možností načítání vzorků i přes čárový kód. Software požadovaný v českém jazyce a pracující v OP Windows. Doložit demo verzi software k nabídce
- Zdravotnický prostředek podle 93/42/EC

Cena je včetně dopravy, demonstrace funkčnosti přístroje, zaškolení a předání dokumentace

Ostatní podmínky VZR zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Ing. Pavla Bučková
Vedoucí THS